

Chełm, dnia 4 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo**Wykonawcy**

W odpowiedzi na przedstawione pytania dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy igieł, strzykawek, rękawic, wzierników ginekologicznych, torebek i rękawów do sterylizacji, pojemników do utylizacji oraz środków opatrunkowych dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie w imieniu Zamawiającego wyjaśniam, co następuje:

Pytania Wykonawcy nr 11) *Pakiet 1, poz. 1-11*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu innej firmy, równorzędnego z asortymentem KD i Terumo?

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie produktów innych firm, jednak oczekiwania Zamawiającego dotyczą dostawy sprzętu o jakości co najmniej jak produkty wskazanych firm. Inne produkty mogą uzyskać niższą ocenę w zakresie kryteriów jakościowych, a tym samym wpłynąć na nie wybranie oferty danego Wykonawcy.

2) *Pakiet 1, poz. 14*

Proszę o dopuszczenie w tej pozycji kaniuli 20G w rozmiarze 1,1x25mm – zaszła pomyłka w pozycjach 13 i 14, gdyż wymagane są te same rozmiary kaniul.

Istotnie w opisie kaniuli wskazanej w poz. 14 Pakietu nr 1 wystąpił błąd.

Prawidłowy opis to

„Kania (wenflon) do wlewów kroplowych 1,3 x 45 mm G 18 – zielona, KD”

liczba asortymentu jest poprawna.

Poprawiony załącznik nr 1 – pakiet nr 1 zostanie niezwłocznie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego

3) *Pakiet 1, poz. 15-17*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny w formularzu za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

W kolumnie 4 załącznika nr 1 Zamawiający określił liczbę planowanego do zakupienia asortymentu, zgodnie z wielkościami określonymi w kolumnie 3.

Wykonawca przygotowując ofertę przelicza oczekiwane przez Zamawiającego ilości asortymentowe i w kolumnie 7 podaje liczbę opakowań niezbędną do zrealizowania przedmiotu zamówienia, natomiast w kolumnie 8 podaje cenę jednostkową za przyjętą przez siebie jednostkę miary określając czy jest to sztuka czy opakowanie.

4) *Pakiet 1, poz. 18*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny w formularzu za opakowanie 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Tak , podobnie jak w pyt. 1

5) *Pakiet 1, poz. 19*

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

6) *Pakiet 1, poz. 20*

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Zamawiający wyraża zgodna zaproponowane rozwiązanie.

Dla zapewnienia porównywalności ofert Wykonawców, którzy złożą ofertę obejmującą asortyment wskazany w poz. 20 na etapie badania i porównywania ofert Zamawiający będzie dokonywał porównywania ofert **bez uwzględniania** asortymentu wskazanego w poz. 20 Pakietu nr 1

Pytania Wykonawcy nr 2

1) Pakiet 1, pozycja 1-8

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

W kolumnie 4 załącznika nr 1 Zamawiający określił liczbę planowanego do zakupienia asortymentu, zgodnie z wielkościami określonymi w kolumnie 3.

Wykonawca przygotowując ofertę przelicza oczekiwane przez Zamawiającego ilości asortymentowe i w kolumnie 7 podaje liczbę opakowań niezbędną do zrealizowania przedmiotu zamówienia, natomiast w kolumnie 8 podaje cenę jednostkową za przyjętą przez siebie jednostkę miary określając czy jest to sztuka czy opakowanie.

2) Pakiet 1, pozycja 13, 14

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,1x32mm?

Zamawiający dopuści zmianę specyfikacji kaniuli w skazanej w poz. nr 13 Pakietu nr 1.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w opisie kaniuli wskazanej w poz. 14 Pakietu nr 1 wystąpił błąd.

Prawidłowy opis to

„Kania (wenflon) do wlewów kroplowych 1,3 x 45 mm G 18 – zielona KD”

liczba asortymentu jest poprawna.

3) Pakiet 1, pozycja 15-17

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak , podobnie jak w pyt. 1

4) Pakiet 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'70sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak , podobnie jak w pyt. 1

5) Pakiet 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 2,5ml?

Tak Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

6) *Pakiet 1, pozycja 16*

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 5,5ml?

Tak Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

7) *Pakiet 1, pozycja 17*

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 11ml?

Tak Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

8) *Pakiet 1, pozycja 18*

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 22ml?

Tak Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

9) *Pakiet 1, pozycja 19*

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wykonaną z PCV, dren wolny od ftalanów, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Tak Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

10) *Pakiet 1, pozycja 20*

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby staza nie zawierała lateksu.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Jednocześnie zamawiający informuje, w odpowiedzi na pytania innego Wykonawcy Zamawiający dopuścił możliwość złożenia oferty z wyłączeniem asortymentu wskazanego w pakiecie nr 1 poz. 20. Dla zapewnienia porównywalności ofert Wykonawców, którzy złożą ofertę obejmującą asortyment wskazany w poz. 20 na etapie badania i porównywania ofert Zamawiający będzie dokonywał porównywania ofert **bez uwzględniania** asortymentu wskazanego w poz. 20 Pakietu nr 1

11) *Pakiet 2, pozycja 6*

Czy Zamawiający dopuści osłonki lateksowe pudrowane?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

12) *Pakiet 2, pozycja 8*

Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny o szerokości 50cm?

Tak Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

13) *Pakiet 2, pozycja 9*

Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy perforowany co 37,5cm?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

14) *Pakiet 3, pozycja 8*

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga rękawic sterylnych, chirurgicznych pudrowanych, czy bezpudrowych?


Zamawiający oczekuje złożenia oferty na rękawice chirurgiczne **bezpudrowe**

15) *Pakiet 5, pozycja 11*

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 200sztuk czy 200 opakowań po 50sztuk, opatrunku do mocowania kaniul?

Zamawiający oczekuje oferty na 200 szt. opatrunku do mocowania kaniul, czyli 4 opakowania po 50 szt. Natomiast z uwagi na możliwość złożenia oferty na opakowania zawierające inną wielkość (np. 100 szt/op) Zamawiający określił oczekiwaną wielkość w sztukach.

Z poważaniem


p.o. Dyrektor
Miejskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie
mgr Mariusz Żabiński