

Chełm, dnia 5 lipca 2010 r.

MSP.A.341-1/4/10 (1)

Szanowni Państwo  
Wykonawcy

W imieniu Zamawiającego przekazuję pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy igieł, strzykawek, rękawic, rękawów i torebek do sterylizacji, środków opatrunkowych, wzierników ginekologicznych oraz drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie, które wpłynęły do Zamawiającego dnia 5 lipca 2010 r do godziny 14.00..

#### **PYTANIA DO ASORTYMENTU OBJĘTEGO PAKIETEM NR 1**

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,45x12, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**TAK,**

**Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)**

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,7x40, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**TAK,**

**Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)**

Pakiet 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 0,9x25mm, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**TAK,**

**Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)**

Pakiet 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 2,5ml, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**TAK,**

**Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)**

Pakiet 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 5,6ml, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**TAK,**

**Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)**

Pakiet 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę bez rozszerzonej skali, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**TAK,**

**Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)**

Pakiet 1, pozycja 13 – 16

Czy Zamawiający dopuści skalę w kolorze granatowym

**TAK,**

**Zamawiający nie określał koloru skali wymagając jedynie skali kontrastującej i czytelnej wobec czego dopuści taki asortyment, o ile rzeczywiście użyta kolorystyka gwarantuje wyraźną kontrastowość skali. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania takiego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)**

Pakiet 1, pozycja 17

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby komora kroplowa była wolna od PCV a dren wolny od ftalanów?

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej modyfikacji**

Pakiet 1, pozycja 18-21

Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 5-10ml lub 30-50ml, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**TAK,**

**Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)**

Pakiet nr 1 poz. 9 - 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igieł motylków typu Terumo, równoważnych. Wprowadzenie wymogu aby igły motylki były Terumo preferuje produkt konkretnego producenta, co stoi w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

**TAK,**

**Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)**

Pakiet nr 1 poz. 22

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie worka do dobowej zbiórki moczu wykonanego z medycznej, wysokiej jakości mocnej folii PCV, przy pozostałych parametrach niezmiennych.

**TAK,**

**Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)**

Pakiet nr 1 poz. 1 - 12

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane igły posiadały na opakowaniu jednostkowym napisy w kolorze odpowiadającym rozmiarowi w celu identyfikacji?

**TAK**

**Według wiedzy Zamawiającego praktyką większości producentów jest umieszczanie na opakowaniu koloru odpowiadającego rozmiarowi zawartych w opakowaniu igieł i strzykawek.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w poz. 17 przyrząd z drenem o długości 200 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**TAK,**

**Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 1 – 8 asortymentu z podaniem ceny za 100 szt. = 1 opakowanie z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 13,14,15, asortymentu z podaniem ceny za 100 szt. = 1 opakowanie z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? Podanie cen za opakowanie nie będzie zawiązało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia cen dla 1 sztuki i podanie jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W/w pozycjach jednostką handlową są opakowania. Natomiast w poz. 16 z podaniem ceny za 50 szt. = 1 op.

**W kolumnie nr 5 szczegółowego formularza cenowego Zamawiający wymagało od Wykonawcy określenia wielkości opakowania oferowanego asortymentu (w zależności od tego czy dany asortyment w obrocie występuje w opakowaniach czy w sztukach), natomiast w kolumnie 6 Wykonawca ma podać cenę jednostkową OPAKOWANIA oferowaną w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (lub sztuki, jeżeli dany asortyment w obrocie występuje w sztukach. Dlatego też tok rozumowania Wykonawcy jest jak najbardziej zgodny z oczekiwaniem Zamawiającego.**

### **PYTANIA DO ASORTYMENTU OBJĘTEGO PAKIETEM NR 3**

Pakiet nr 3 poz. 7

Rozmiary rękawic sterylnych chirurgicznych to zwyczajowo numeracja od 6,0 do 9,0 co 0,5. W związku z faktem, iż rozmiary 7,0/ 7,5 to rozmiary średnie prosimy o dopuszczenie któregoś z powyższych rozmiarów.

**Zamawiający wymaga dostawy rękawic w rozmiarze 7,0**

### **PYTANIA DO ASORTYMENTU OBJĘTEGO PAKIETEM NR 4**

Pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie torebek o rozmiarze 200 x 330 mm?

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej modyfikacji**

Pozycja nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie torebek o rozmiarze 200 x 330 mm?

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej modyfikacji**

## **PYTANIA DO ASORTYMENTU OBJĘTEGO PAKIETEM NR 5**

Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce o szerokości 51cm?

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej modyfikacji**

Pakiet 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy 8warstwowe spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej modyfikacji**

Pakiet 5, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści plaster w opakowaniu a'100sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**TAK,**

**Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Należy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku Wykonawca będzie musiał bądź zaoferować dostawę połowy opakowania fabrycznego, co powoduje problemy natury technicznej i sanitarnej, bądź zawyżyć liczbę zamawianego asortymentu do pełnych opakowań fabrycznych, co może skutkować zawyżeniem wartości danej pozycji.**

Pakiet 5, pozycja 19

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie bardziej konkurencyjnej oferty.

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej modyfikacji**

## **PYTANIA DO ASORTYMENTU OBJĘTEGO PAKIETEM NR 6**

Pakiet 6, pozycja 5,13

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie bardziej konkurencyjnej oferty.

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej modyfikacji**

## **PYTANIA DO PROJEKTU UMOWY**

Projekt umowy- § 3 ust. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie czy przy piwnicy do, której ma się odbywać dostawa asortymentu jest winda? Zamawiany przez Państwa asortyment ( np. rękawice) jest pakowany na palety, więc aby dostarczyć tak duże opakowanie potrzeba odpowiedniego sprzętu. Prosimy o odpowiedź i ewentualną modyfikację zapisu( w oparciu o możliwości techniczne).

**Do pomieszczenia magazynowego nie ma możliwości zjazdu windą, nie jest również możliwe wniesienie całej palety. Towar dostarczany w ten sposób będzie musiał być rozładowany z palety i wniesiony do pomieszczenia, co ma zapewnić Wykonawca. .**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do par. 2 ust. 4

*Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:*

- a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
- b. istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych,
- c. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.
- d. istotnych zmian cen producenta?

**TAK,**

**pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę wiarygodnych informacji potwierdzających zaistnienie powyższych okoliczności**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z par. 3 ust. 5?

**NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej modyfikacji**

Projekt umowy- § 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie terminu przelewu za zrealizowaną dostawę.

**Oczekiwany przez Zamawiającego termin płatności to 30 dni, natomiast wymagany termin zapłaty określa Wykonawca.**

/- / Lech Błazucki  
Dyrektora  
Miejskiego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Chełmie

---

*Na podstawie art. 27 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma wraz z załącznikiem (łącznie 4 str.) na nr faksu (0 82) 563 05 19*

Otrzymało ..... Ilość stron..... podpis.....